

別紙

令和8年度安全キャビネット及びクリーンベンチ点検業務委託実施内容

1 安全キャビネット点検業務委託項目

(1) 安全キャビネット1 (3階 細菌安全検査室 MHE-S1301A2-PJ)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1式
- イ HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気用 HEPA フィルタ 1ヶ
 - ・給気用 HEPA フィルタ 1ヶ
- ウ 性能検査 1式
 - 検査項目 ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- エ 点検報告書の作成 1式

(2) 安全キャビネット2 (2階 細菌検査室 BHC-1310ⅡA2)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1式
- イ HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気用 HEPA フィルタ 1ヶ
 - ・循環用 (給気用) HEPA フィルタ 1ヶ
- ウ 性能検査 1式
 - 検査項目 ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- エ 点検報告書の作成 1式

(3) 安全キャビネット3 (3階 HIV 検査室 SCV-1304ECⅡBS)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1式
- イ HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気用 HEPA フィルタ 1ヶ
 - ・循環用 (給気用) HEPA フィルタ 2ヶ
- ウ 排気ファン用Vベルト(天井裏設置)の交換(交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気ファン用Vベルト 1ヶ
- エ 性能検査 1式
 - 検査項目 ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験

- ・運転点検

⑤ 点検報告書の作成 1 式

(4) 安全キャビネット4 (3 階 ウイルス分離無菌室 BHC-1310ⅡA2)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1 式
- イ HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品
 - ・排気用 HEPA フィルタ 1 ケ
 - ・給気用 HEPA フィルタ 1 ケ
- ウ 性能検査 1 式
 - 検査項目
 - ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- エ 点検報告書の作成 1 式

(5) 安全キャビネット5 (3 階 遺伝子抽出室 BHC-1310ⅡA2)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1 式
- イ HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品
 - ・排気用 HEPA フィルタ 1 ケ
 - ・給気用 HEPA フィルタ 1 ケ
- ウ 性能検査 1 式
 - 検査項目
 - ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- エ 点検報告書の作成 1 式

(6) 安全キャビネット6 (3 階 腸内細菌検査室 MHE-S1300A2)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1 式
- イ 性能検査 1 式
 - 検査項目
 - ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- ウ 点検報告書の作成 1 式

(7) 安全キャビネット7 (3 階 原虫・血清検査室 BHC-1310ⅡA2)

- ア 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1 式
- イ 性能検査 1 式

- 検査項目
- ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検

ウ 点検報告書の作成 1 式

2 クリーンベンチ点検業務委託項目

(1) クリーンベンチ 1 (2 階 培地調製室 MCV-B91F)

ア HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

- 交換部品
- ・排気用 HEPA フィルタ 1 ケ
 - ・循環用 (給気用) HEPA フィルタ 1 ケ

イ 性能検査 1 式

- 検査項目
- ・風速試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検

ウ 点検報告書の作成 1 式

(2) クリーンベンチ 2 (2 階 食品検査室 MCV-16BSS)

ア HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

- 交換部品
- ・排気用 HEPA フィルタ 2 ケ
 - ・循環用 (給気用) HEPA フィルタ 2 ケ

イ 性能検査 1 式

- 検査項目
- ・風速試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検

ウ 点検報告書の作成 1 式

(3) クリーンベンチ 3 (3 階 ウイルス無菌室 2 S-1601WRV)

ア HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

- 交換部品
- ・循環用 (給気用) HEPA フィルタ 2 ケ

イ 性能検査 1 台

- 検査項目
- ・風速試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転試験

ウ 点検報告書の作成 1 式