

仕様書

品 名	オートレベル	
規 格	望遠鏡部	<ul style="list-style-type: none"> ・倍率 32 倍以上 ・視界 (100m先) 1° 20' (2.3m) 以上 ・分解力 3.0" 程度 ・最短合焦距離 望遠鏡先端より 20cm 程度 ・スタジア乗数 100 ・2 スピード合焦機構 有
	気泡管・水平目盛	<ul style="list-style-type: none"> ・円形気泡管感度 10'/2 mm以上 ・円形気泡管ミラー ペンタプリズム型 ・水平目盛盤 1° 単位
	精 度・補正性能	<ul style="list-style-type: none"> ・自動補正機構 補正範囲 ±15' ・1km 往復標準偏差 (標準状態) →0.7mm 以下 (または同等精度以上) ・1km 往復標準偏差 (光学マイクロメーター使用時) →0.5mm 以下 (または同等精度以上)
	その 他	<ul style="list-style-type: none"> ・防水性 IPX6 (JIS C 0920:2003) 以上 ・国土地理院測量機種登録 3 級レベル
	付 属 品	アルミ製三脚 蝶ネジ式 TSA-165LY レベル用
参 考 品	トプコン AT-B2	
数 量	1 1 台	
納 入 期 限	令和8年3月27日 (金)	
納 入 場 所	佐賀県立佐賀農業高等学校 (杵島郡白石町大字福田 1660)	
保 証 期 間	納品後 12 ヶ月	
契約保証金	佐賀県財務規則第 115 条第 3 項第 3 号の規定により免除	
そ の 他	1 納品に係る全ての諸経費を含むこと。 2 故障時等には、直ちに対応できる体制を整えていること。	